

Số: 98 /TM-BVTTPLE

Gia Lai, ngày 08 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI

V/v kiểm tra, giám định hiện trạng hư hỏng
máy xét nghiệm sinh hoá Saturno 180
Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị.

Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku có nhu cầu về kiểm tra, giám định hiện trạng hư hỏng thiết bị y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh của đơn vị. Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku thông báo đến quý Công ty/Đơn vị có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn đến kiểm tra hiện trạng máy và giám định tình trạng hư hỏng, cụ thể như sau:

1. Thông tin thiết bị:

Stt	Tên thiết bị	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng/Nước sản xuất
1	Máy xét nghiệm sinh hoá Saturno 180	Máy báo lỗi “Read All Filters”. Khi máy thực hiện chương trình rửa kim hút mẫu, hoá chất thì nước tràn ra ngoài.	Máy	01	Crony - Ý

2. Địa điểm thực hiện: Phòng xét nghiệm, khoa Dược – Cận lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku.

3. Địa chỉ liên hệ: Khoa Dược – Cận lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku. Địa chỉ: Đường Dương Minh Châu, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0914 178 541 (Ds Thảo Nguyên).

Rất mong sự quan tâm và hợp tác từ quý Công ty/Đơn vị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.



Nguyễn Huy Dương