

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN TÂM THẦN
KINH PLEIKU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 158 /BVTTPL - KD
V/v giám định và xác định
tình trạng hư hỏng thiết bị y tế.

Gia lai, ngày 23 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị sửa chữa thiết bị y tế

Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku có nhu cầu giám định và xác định tình trạng hư hỏng của thiết bị y tế. Kính mời Quý Công ty/Đơn vị có năng lực sửa chữa thiết bị y tế đến tại bệnh viện kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng của một số thiết bị y tế sau:

1. Danh mục thiết bị y tế yêu cầu giám định:

| Stt | Danh mục dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả lỗi | Địa điểm thực hiện dịch vụ |
|-----|---|------------|-------------|---|----------------------------|
| 1 | Máy xét nghiệm sinh hoá Model: Saturno 180 Hãng sản xuất: Crony Instruments s.r.l. Xuất xứ: Ý | 01 | Máy | Máy không vào được phần mềm để chạy mẫu | Khoa Dược- Cận lâm sàng |
| 2 | Máy siêu âm màu Doppler 4D Model: OrcheoXQ Hãng sản xuất: Sonoscaner Xuất xứ: France | 01 | Máy | Màn hình cảm ứng điều khiển báo "Invalid" sau khi khởi động và không thực hiện được các thao tác tiếp theo. | Khoa Dược- Cận lâm sàng |

2. Mục đích giám định: Làm căn cứ sửa chữa/ thanh lý thiết bị; Xác định nguyên nhân hư hỏng: Do kỹ thuật, do vận hành hay nguyên nhân khách quan khác.

3. Thời gian giám định: Từ ngày 24/2/2026 đến 29/2/2026. Sau khi giám định có Biên bản dịch vụ kỹ thuật hoặc Biên bản giám định kỹ thuật.

4. Địa chỉ liên hệ: Khoa Dược- Cận lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, đường Dương Minh Châu, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0399651798 (Dược sĩ Nhung)

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty/ Đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo bệnh viện;
- trang Web của bệnh viện;
- Lưu VT, KD.



Nguyễn Huy Dương